



**ЦЕЗИЕВЫЙ
ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ
ФОТОЭЛЕМЕНТ**

Тип ЦГ-1

№.....

12

ТУ № СУ0.335.007 ТУ

Номинальное напряжение 240 в

Напряжение зажигания (наименьшее) . . 300 в

Начальная интегральная чувствительность
при номинальном напряжении *245* . мка/лм

Количество серебра в ЦГ-1 — 6,495 г на 1000 шт.
(теоретическая норма).

Дата испытания _____

Контролер ОТК _____

При выходе фотоэлемента из строя просим заполнить ответы на нижеследующие вопросы, фотоэлемент тщательно упаковать и вместе с контрольным листком возвратить по адресу: Москва, Е-23, Московский электроламповый завод, ОТК.

1. Наименование потребителя и адрес _____

2. Дата получения фотоэлемента _____

3. Дата включения фотоэлемента _____

4. Дата выхода из строя _____

5. Число часов работы _____

6. Причина снятия с работающего устройства _____

7. Замечания о работе фотоэлемента _____

Дата _____

Подпись _____