



ПАСПОРТ

на ФТОРЕЗИСТОР типа ФС-22-3А2

0.468.001 ТУ

Фоторезистор № 1300

Дата изготовления 08.05.66 1976

Наименование параметров	Значение параметров
1. Размер приёмной площадки, мм ²	3x3
2. Направление на фотоувеличительном слое, В	30
3. Сопротивление нагрузки, Мом	0.14
4. Темновое сопротивление, Мом	0.14
5. Вольтовая чувствительность, В/Вт	1000
6. Пороговая чувствительность, Вт/24 ^{1/2}	2.4×10^{-10}
7. Срок службы, час (долговечность)	50
8. Срок хранения, год	2
9. "+" вынос обозначен красной краской	
10. Удельная регистрирующая способность	1.1×10^3
Наличие серебра, г	2,8034

Фоторезистор соответствует всем требованиям ТУ 0.468.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп приёмки.

Результаты эксплуатации.

1. Дата получения
2. Дата установки фоторезистора
3. Дата снятия с эксплуатации
4. Число часов работы
5. Условия эксплуатации
6. Причина снятия с эксплуатации